

教育部 100年度

教育部補助技專校院建立特色典範計畫

生命歷程全人關懷特色典範計畫

分項五之二 提升老人周全性照顧管理計畫

Egely Wheel 人體能量檢測儀

(一)功能: 測量與增進身體能量水平

(二)操作步驟:

1. 取下透明塑膠蓋:以姆指輕壓透明塑膠蓋上之箭頭輕輕往上推即可滑開上蓋,務必要注意小心使力以免傷害到感應器上的培林組。
2. 啟動開關:在機器左側邊設有“關”,“開”,“聲訊”三個位置,依需要推至固定位置。
3. 機器設置說明:中間有兩排 LED 燈,編號為 1-24。

其數字表示能量輪之 RPM(每分鐘旋轉次數)

1-5 為紅色燈

6-12 為黃色燈

13-24 為綠色燈

儀板上 100%, 200%, 300%, 400%

為能量商.(參考附表)。

3. 將一隻手放置能量輪附近.(如圖示) 可以輕觸機器但不可碰觸到轉輪。
4. 輕輕握緊手指,全身放鬆,集中意念,在 30~60 秒內轉輪即自動以對應受測者的能量水平而開始旋轉,每一個 LED 燈亮響示能量所能達到的最高值,隨著轉輪轉動的速度對應的 LED 燈即輪流亮燈,也指示著能量水平的變化。

(三)測量結果評估: 以受測常模之平均值 6 為基準值,經所測能量水平以下表為對照標準進行評估及分等級。

轉動 次/分	評 估	能量商	LED 燈色	聲音
0 - 2	很低	0 - 30	紅	深長
2 - 4	低	30 - 60	紅	深長
4 - 5	仍低	60 - 100	紅	深長
6	平均水平	100	黃	深長
6 - 12	好	100 - 200	黃	深長
13 - 24	很好	200 - 400	綠	短高
>24	特好	高於 400	綠	短高



中臺科技大學

Central Taiwan University of Science and Technology